
Warszawa, dnia 19 września 2014 roku

Dotyczy: Przetargu prowadzonego pod nazwą: Dostawa wraz z montażem wyposażenia pracowni mikroprocesorowej i pracowni elektroniki i miernictwa dla potrzeb projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: „Nadanie nowych, edukacyjnych funkcji zdegradowanym obiektom powojkowym - wyposażenie bazy dydaktycznej i badawczo rozwojowej Ośrodka Projektów i Edukacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, nr DA.OPE/077-5W/2014

Szanowni Państwo,

Działając jako Pełnomocnik Zamawiającego, tj. Państwowej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, niniejszym:

- I. przekazuję wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w ww. przetargu treść pytań dotyczących treści zapytania ofertowego oraz projektu umowy.

Pytanie nr 5: dot. poz. 4 – oscyloskop analogowy. Parametry mogą wskazywać na urządzenie, które jest już nie produkowane. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop dwukanałowy o paśmie 0 – 30MHz, czułości 1mV – 5V / dz, podstawie czasu 200ns/dz – 0,5s/dz i imp. 1MΩ?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający wyraża zgodę.

- II. informuje, że **termin składania ofert nie ulega zmianie**. Jednocześnie przypominam **o konieczności uwzględnienia powyższych zmian w ofercie**.