



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



**PAŃSTWOWA
WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA**
im. Witelona w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A
ID: 390624793

Legnica, dnia 26.07.2018 r.

**Wszyscy Wykonawcy
Strona Internetowa
Tablica ogłoszeń**

Dotyczy postępowania nr WZ/077/CSM/5/2018 na:

Dostawę fabrycznie nowego sprzętu medycznego, sprzętu komputerowego oraz systemu audio-video na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

w ramach realizacji projektu pn.: „Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej, „ustawą Pzp”, przekazuje wszystkim wykonawcom treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”).

CZĘŚĆ 4 – MEBLE MEDYCZNE

Pytanie nr 1:

Wózek na odpady, brudną bieliznę podwójny stelaż na worki

Czy Zamawiający dopuści stelaż i obręcz do worków ze stali malowanej farbą proszkową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności stelaż i obręcz do worków wykonane ze stali malowanej farbą proszkową.

Pytanie nr 2:

Taboret obrotowy

Czy Zamawiający dopuści taboret wykonany z metalu ze sprężyną gazową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności taboret wykonany z metalu z regulacją wysokości realizowany przy pomocy sprężyny gazowej.

Pytanie nr 3:

Łóżko pacjenta domowe

Czy Zamawiający dopuści łóżko domowe wykonane z litego drewna - kantówki sosnowej o wymiarach 70x70 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżko domowe wykonane z litego drewna - kantówki sosnowej o wymiarach 70x70 mm.

Pytanie nr 4:

Wózek transportowy

Czy Zamawiający dopuści szerokość wózka 710 mm, gdzie najdalej wysuniętym elementem są krążki odbojowe ? Szerokość leża 630 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek transportowy o szerokości maksymalnej 710 mm w obrysie wszystkich wysuniętych elementów łóżka.

z up. Rektora
PROREKTOR
ds. Dydaktyki i Studentów
.....
dr Helena Babiuch