

Legnica, dnia 01.08.2018 r.

**PAŃSTWOWA
WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA**
im. Witelona w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A
ID: 390624793

-12-

Wszyscy Wykonawcy
Strona Internetowa
Tablica ogłoszeń

Dotyczy postępowania nr WZ/077/CSM/5/2018 na:

Dostawę fabrycznie nowego sprzętu medycznego, sprzętu komputerowego oraz systemu audio-video na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

w ramach realizacji projektu pn.: „Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej, „ustawą Pzp”, przekazuje wszystkim wykonawcom treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”).

CZĘŚĆ 3 – SPRZĘT MEDYCZNY

Pytanie nr 1:

Lampa zabiegowa – 2 szt.

Czy Zamawiający wyodrębni do oddzielnego pakietu pozycję „Lampa zabiegowa”? Medyczne lampy zabiegowe to urządzenia medyczne o skomplikowanej budowie i charakteryzują się innymi parametrami i właściwościami niż inny sprzęt opisany w w/w pakiecie. Tym samym podlegają zupełnie innym regulacjom takim jak dyrektywa medyczna 93/42 czy norma EN 60601-2-41. Wnioskowane rozdzielenie umożliwi złożenie odrębnych ofert wykonawcom specjalizującym się w konkretnych branżach sprzętowych, co przełoży się na podwyższanie jakości oferowanego sprzętu oraz zwiększy konkurencyjność zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej części zamówienia.

Pytanie nie odnosi się do wyjaśnienia treści zapisów SIWZ, ale jest wnioskiem o zmianę jej zapisów.

PROF. DR HAB. INŻ. J. J. KŁEKIEWICZ
ds. Nauki i Zagranicą
prof. dr hab. inż. J. J. Kłekiewicz