



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Legnica, dnia 30.07.2018 r.

PAŃSTWOWA
WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
im. Witelona w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A
ID. 390624793
-12-

Wszyscy Wykonawcy
Strona Internetowa
Tablica ogłoszeń

Dotyczy postępowania nr WZ/077/CSM/5/2018 na:

Dostawę fabrycznie nowego sprzętu medycznego, sprzętu komputerowego oraz systemu audio-video na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

w ramach realizacji projektu pn.: „Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje wszystkim wykonawcom treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”).

Pytanie nr 1:

Dotyczy: Część 3, sprzęt medyczny

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na pojedyncze urządzenia w ramach części nr 3?

Aktualnie na polskim rynku z powodzeniem funkcjonuje kilka firm specjalizujących się tylko i wyłącznie w defibrylatorach. Dopuszczenie możliwości złożenia oferty częściowej (tylko na defibrylatory) z pewnością wpłynie korzystnie na ostatecznie zaoferowaną cenę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert na pojedyncze urządzenia w ramach części nr 3.

Pytanie nr 2:

Dotyczy: Część 3, sprzęt medyczny, defibrylator manualny z funkcją AED - pomiar saturacji

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, które posiada czujnik do pomiaru saturacji tylko dla osób dorosłych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

Dotyczy: Część 3, sprzęt medyczny, defibrylator manualny z funkcją AED - ładowanie akumulatora

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, którego czas ładowania w pełni rozładowanego akumulatora trwa do ok. 5 godzin?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności na zaoferowanie defibrylatora którego czas ładowania w pełni rozładowanego akumulatora trwa do ok. 5 godz.

PROREKTOR
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz