

Legnica, dnia 07.08.2018 r.

**Wszyscy Wykonawcy
Strona Internetowa
Tablica ogłoszeń**

Dotyczy postępowania nr WZ/077/CSM/5/2018 na:

Dostawę fabrycznie nowego sprzętu medycznego, sprzętu komputerowego oraz systemu audio-video na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

w ramach realizacji projektu pn.: „Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej, „ustawą Pzp”, przekazuje wszystkim wykonawcom treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”).

CZĘŚĆ 3 – SPRZĘT MEDYCZNY

Pytanie nr 1:

Pompa strzykawkowa

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę strzykawkową posiadającą automatyczną funkcję antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35 ml?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Pytanie nr 2:

Respirator

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator z pośrednią regulacją (tj. poprzez nastawy pozostałych parametrów oddechowych) stosunku I:E? w proponowanym przez nas rozwiązaniu możliwe jest osiągnięcie I:E w zakresie 1:9,9 do 9:1.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Pytanie nr 3:

Defibrylator automatyczny – treningowy AED

Czy Zamawiający dopuści aparat z 6 skonfigurowanymi scenariuszami szkoleniowymi, z dodatkową możliwością ich konfiguracji w trakcie szkolenia, które w realistyczny sposób symulują zdarzenia nagłego zatrzymania akcji serca?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.


.....
prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski