



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Legnica, dnia 07.08.2018 r.

**Wszyscy Wykonawcy
Strona Internetowa
Tablica ogłoszeń**

Dotyczy postępowania nr WZ/077/CSM/5/2018 na:

**Dostawę fabrycznie nowego sprzętu medycznego, sprzętu komputerowego oraz systemu audio-
video na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Witelona w Legnicy"**

w ramach realizacji projektu pn.: „Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o
Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, działając w oparciu o art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej, „ustawą Pzp”, przekazuje wszystkim wykonawcom
treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”).

CZĘŚĆ 7 – PANELE GAZOWE I TABLICA POBORU GAZÓW

Pytanie nr 1:

Ze względu na różne terminy realizacji wskazane w treści SIWZ pk. VIII (do 31.10.2018) oraz
formularzu ofertowym i we wzorze umowy (30.09.2018) prosimy o wyjaśnienie jaki jest prawidłowy
termin realizacji zamówienia dla zadania nr 7?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w umowie:

„Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego dostarczyć przedmiot umowy do miejsca
użytkowania, podłączyć do istniejących instalacji i uruchomić oraz przeprowadzić szkolenie



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



w zakresie jego obsługi w terminie: *do 31 października 2018 r. / - do 20 grudnia 2018 r. – wybrać właściwe*

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że do miejsca montażu paneli nadłóżkowych (zgodnie z zapisem w tabeli) będzie doprowadzona instalacja sprężonego powietrza i próżni do której należy podłączyć panele nadłóżkowe.

Odpowiedź:

Panele nad łóżkowe należy zamontować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. podłączyć do instalacji elektrycznych. Na poszczególnych salach będą znajdowały się punkty zasilające sprężonego powietrza i próżni do których będzie trzeba podłączyć panele.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że do miejsca montażu paneli nadłóżkowych będzie doprowadzona niezbędna instalacja elektryczna i teletechniczna.

Odpowiedź:

Do miejsca montażu paneli nadłóżkowych będzie doprowadzona niezbędna instalacja elektryczna i teletechniczna do której należy je podłączyć.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informację, czy, że podłączenie elektryczne, teletechniczne oraz pomiary elektryczne są po stronie dostawy paneli nadłóżkowych czy firmy wykonującej instalację elektryczną i teletechniczną?

Odpowiedź:

Do miejsca montażu paneli zostaną doprowadzone podłączenia elektryczne i teletechniczne za których opomiarowanie odpowiada firma wykonująca instalację elektryczną i teletechniczną. Podłączenie do istniejącej instalacji i pomiary w obrębie Paneli należy do wykonawcy dokonującego ich montażu.

Pytanie nr 5:

Prosimy o podanie rodzaju ścian na których mają być zamontowane panele. Jeżeli ścianki Rigipsowe to do kogo należy wzmocnienie ścianek w miejscu zawieszenia paneli?

Odpowiedź:

Ściany do których będą montowane panele wykonane są z cegły pełnej.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Pytanie nr 6:

Prosimy po potwierdzenie, że do miejsca montażu tablicy poboru gazów będzie doprowadzona niezbędna do podłączenia instalacja?

Odpowiedź:

Na poszczególnych salach będą znajdowały się punkty zasilające sprężonego powietrza i próżni do których będzie trzeba podłączyć tablicę.

REKTOR

13.11.2020
prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski