

Legnica, dnia 14.08.2018 r.

**Wszyscy Wykonawcy
Strona Internetowa
Tablica ogłoszeń**

Dotyczy postępowania nr WZ/077/CSM/5/2018 na:

Dostawę fabrycznie nowego sprzętu medycznego, sprzętu komputerowego oraz systemu audio-video na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

w ramach realizacji projektu pn.: „Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej, „ustawą Pzp”, przekazuje wszystkim wykonawcom treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”).

CZĘŚĆ 1 – SYMULATORY I FANTOMY

Pytanie nr 1:

Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego,

Wysokiej klasy symulator dziecka,

Wysokiej klasy symulator niemowlęcia,

Zaawansowany Fantom ALS osoby dorosłej,

Zaawansowany Fantom PALS dziecka,

Zaawansowany Fantom PALS niemowlę

Czy Zamawiający uzna warunek „Symulator/Fantom powinien zostać zintegrowany z systemem audio-video i oprogramowaniem do zarządzania sesjami symulacyjnymi stanowiącym wyposażenie centrum symulacji. Uczelnia udostępni protokoły komunikacji z oprogramowaniem. Przesyłane dane pomiędzy fantomem, a oprogramowaniem, serwerem to co najmniej: komentarze zdarzenia (events) w oknie komentarzy spływające z symulatora/fantomu oraz informacje na temat rysowanych przez symulator/fantom wykresów na ekranie monitora pacjenta oraz ustawień parametrów symulatora w czasie realizacji scenariusza symulacji w powiązaniu z rejestracją AV sesji symulacyjnej ” za spełniony jeżeli jest możliwość wyeksportowania dziennika zdarzeń symulatora zawierającego komentarze i zdarzenia (events) w formie pliku w formacie .rtf, po zakończeniu każdej sesji symulacyjnej oraz możliwość przechwycenia obrazu monitora pacjenta zawierającego rysowane przez symulator wykresy przez wyjście wideo komputera AiO, który służy jako wirtualny monitor pacjenta?



Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź na pytanie.

W sytuacji gdy nastąpi

1. wyeksportowania **dziennika zdarzeń** symulatora zawierającego komentarze i zdarzenia (events) w formie pliku w formacie .rtf, po zakończeniu każdej sesji symulacyjnej. Zamawiający oczekuje, że dokument powinien być tak skonstruowany, aby pola osi czasu oraz eventy wpływające w danych momentach były identyfikowalne jednoznacznie przez parser PHP, przestrzenie pomiędzy polami powinny być wyraźnie rozdzielone. Dokument powinien być uporządkowany i usystematyzowany. Sposób przesyłania danych nie powinien się również zmieniać w czasie dostarczania kolejnych aktualizacji oprogramowania sterującego. Plik .rtf musi być dostarczony w postaci tekstowej, niezaszyfrowanej. Na etapie dostawy dostarczyć dokumentację identyfikatorów (np. notatka, wprowadzone dane do fantoma, komentarz, ...) oraz wszystkie przykłady możliwych rozkazów, komunikatów i zmiennych, które mogą pojawić się w dokumencie rtf i formatowania pliku .rtf - dotyczy przekazywania danych z symulatorów i fantomów.

Oprogramowanie symulatora, fantomu musi umożliwiać zapisanie pliku z oprogramowania symulatora, fantomu do oprogramowania zarządzania procesem symulacji.

2. W przypadku **przechwycenia obrazu monitora** dostawca musi wskazać komputer typu PC (stacjonarny lub laptop) lub dostarczyć dodatkowe urządzenie, na którym będą w sposób ciągły wyświetlane wykresy i obrazy. Komputer musi bazować na systemie operacyjnym Windows 7-10 i musi umożliwić zainstalowanie wtyczki, która przechwyci ekran komputera i prześle go do oprogramowania do compositingu w części systemu audiowizualnego. Komputer ten musi być podłączony do sieci ethernet ze stałym adresem IP (Zamawiający udostępni) i być skonfigurowany tak, aby był widoczny przez stację roboczą systemu audiowizualnego. Musi również mieć otwarte porty, tak aby oba komputery komunikowały się ze sobą po odpowiednich protokołach (odpowiednia konfiguracja firewalla).

Pytanie nr 2:

Zaawansowany fantom PALS niemowlę

Czy Zamawiający dopuści do postępowania zaawansowany fantom PALS niemowlęcia z możliwością wykonywania symulowanej defibrylacji poprzez użycie wirtualnego defibrylatora będącego elementem oprogramowania wirtualnego monitora pacjenta? Umożliwi to złożenie się większej ilości oferentów bez zmniejszenia funkcjonalności zaawansowanego fantomu PALS.

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fantomu PALS niemowlęcia z możliwością wykonywania symulowanej defibrylacji poprzez użycie wirtualnego defibrylatora będącego elementem oprogramowania wirtualnego monitora pacjenta na zasadzie równoważności

Pytanie nr 3:

Fantom BLS dorosłego, Fantom BLS dziecka, Fantom BLS niemowlęcia



Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o rezygnację lub przeniesienie od parametrów punktowanych parametru „Fantom powinien zostać zintegrowany z systemem audio-video i oprogramowaniem do zarządzania sesjami symulacyjnymi stanowiącym wyposażenie centrum symulacji. Uczelnia udostępni protokoły komunikacji z oprogramowaniem. Przesyłane dane pomiędzy fantomem, a oprogramowaniem, serwerem to co najmniej: komentarze i zdarzenia (events) w oknie komentarzy wpływające z fantomu oraz informacje na temat rysowanych przez fantom wykresów.”

Oprogramowania umożliwiające pomiar jakości przeprowadzonego RKO nie są kompatybilne z systemami Audio-video różnych producentów dostępnych na rynku. Rezygnacja z tego parametru zwiększy możliwość złożenia się różnych oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty, bez zmniejszenia funkcjonalności fantomów BLS.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania na zasadzie równoważności *Fantom BLS dorosłego, Fantom BLS dziecka, Fantom BLS niemowlęcia* bez wykonania integracji z systemem audio-video i oprogramowaniem do zarządzania sesjami symulacyjnymi stanowiącym wyposażenie centrum symulacji. Pozostała funkcjonalność fantomów pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 4:

Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności fantom o następujących parametrach:

zaawansowany fantom pielęgnacyjny został przystosowany do nauki postępowania i pielęgnacji pacjenta w warunkach szpitalnych lub domowych. Został on wykonany na wzór postaci ludzkiej (użycie peruki i wymienne narządy płciowe pozwalają na charakteryzację manekina zarówno jako mężczyzny jak i kobiety), o zakresie ruchu przybliżonym do rzeczywistych możliwości ruchowych człowieka.

Widoczne oznaki chorobowe:

- Zaczerwieniona skóra pod prawą piersią
- Znamiona na plecach — prawidłowe górne środkowe znamię. Znamię znajdujące się niżej wykazuje oznaki złośliwości.
- Odleżyna okolicy krzyżowej – faza 1
- Żrenice — lewa rozszerzona; prawa zwężona

Jedną z najbardziej unikatowych cech fantomu jest realistyczny zakres ruchów wszystkich stawów. Umożliwia to poprawienie pozycji pacjenta oraz wykonanie ćwiczeń uelastyczniających.

Zakres ruchów:

Tułów – obrót, wyprost

Ramię – odwodzenie, obrót, wyprost

Łokieć – wyprost, zgięcie, pronacja, supinacja

Nadgarstek – zgięcie, wyprost, zgięcie promieniowe, zgięcie łokciowe

Palce – odwodzenie, zgięcie (miękki realistyczny materiał)

Kark – obrót, wyprost, zgięcie boczne

Biodro – odwodzenie, rotacja, wyprost

Kolano – wyprost, zgięcie

Kostka – wywiniecie, odwrócenie, zgięcie grzbietowe, zgięcie powierzchniowe



Palce – odwodzenie, zginanie (miękki realistyczny materiał)

Symulacja czynności opiekuńczo-pielęgniarskich:

- Cewnikowanie męskie i żeńskie
- Badanie prostaty
- Zakładanie lewatywy
- Irygacja, pobieranie wymazu oraz badanie pochwy
- Pielęgnacja stomii (ćwiczenie technik pielęgnacji kolostomii i ileostomii takich jak: rozszerzanie, irygacja, oczyszczanie stomii oraz zmiana worka stomijnego)
- Pielęgnacja tracheostomii
- Zgłębnikowanie ustne i nosowe, zakładanie sondy oraz aspiracja treści żołądka (Dostęp do żołądka jest zapewniony przez usta i nozdrza)
- Higiena jamy ustnej
- Fantom posiada wyjmowane uzębienie
- Płukanie oka (Możliwość płukania oczu przy pomocy wody. Lewa źrenica jest rozszerzona, prawa zwężona)
- Higiena uszu
- Iniekcje domięśniowe (Wkładki znajdujące się na lewym biodrze, lewym udzie i na obu ramionach umożliwiają naukę iniekcji domięśniowych)
- Mycie chorego w łóżku.
- Bandażowanie palców i palców u nóg (palce elastyczne i osobno odlewane)
- Pielęgnacja włosów - mycie, czesanie .
- Opatrunki i bandażowanie.
- Zmiana ubrań.
- Ustawianie i techniki przenoszenia pacjenta.
- Wyjmowanie i wkładanie aparatu słuchowego

Cechy i funkcjonalność fantomu pozwalają na prowadzenie przeszło 35 procedur pielęgnarskich, w tym posiada także:

- możliwość osłuchiwania 12 dźwięków serca oraz 12 dźwięków płuc.
- model ramienia (prawego) do nauki wykonywania iniekcji dożylnych z wymienną skórą i żyłami (wyczuwalne przy dotyku). Realistyczny efekt flashback potwierdza prawidłowe wklucie igły.
- model ramienia (lewego) do nauki wykonywania pomiaru ciśnienia, możliwe jest zidentyfikowanie pięciu faz Korotkoffa. Elektroniczne urządzenie sterujące pozwala instruktorowi na:
 - wybranie ustawień ciśnienia skurczowego i rozkurczowego
 - ustawienie częstotliwości pulsu
 - ustawienie głośności
 - włączenie lub wyłączenie pauzy osłuchowej
- standardowe ramiona z możliwością wykonywania iniekcji domięśniowych?

Umożliwi to złożenie się większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Treść zadanego pytania nie odnosi się bezpośrednio do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiającemu nie ma możliwości obiektywnej oceny czy przedstawiony opis symulatora zawiera pozostałe wymagane funkcje np.: „Wykonanie defibrylacja i kardiowersja z użyciem oprogramowania fantomu, min. 3/4-odprowadzeniowego EKG przy pomocy rzeczywistego sprzętu. Wykonanie 12-odprowadzeniowe, dynamicznego EKG poprzez oprogramowanie fantomu wyświetlanie na bezprzewodowym monitorze pacjenta.”

CZĘŚĆ 2 - TRENAŻERY

Pytanie nr 1:

Trenażer-nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację lub przeniesienie do parametrów punktowanych możliwości praktycznej nauki odsysania. Rezygnacja z tego zapisu umożliwi założenie się większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania trenażera bez funkcji odsysania na zasadzie równoważności.

Pytanie nr 2:

Trenażer- dostęp doszpikowy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez wkładki iniekcyjne. Według naszej wiedzy wkładki iniekcyjne w trenażerach doszpikowych to wymienne sztuczne kości, których ilość Zamawiający określił jako min. 15 sztuk.

Odpowiedź:

Określenie „wkładki iniekcyjne” odnosi do elementu wymiennej - zapasowej skóry i/lub 4 wymiennych wstawek skóry. Jednocześnie Zamawiający zmienia ilość wymaganych zapasowych wymiennych kości na 10 szt.

Pytanie nr 3:

Trenażer- iniekcje domięśniowe

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Trenażer do iniekcji domięśniowych posiadający wycięcie w jednym pośladku umożliwiające obserwację struktur wewnętrznych zamiast możliwości wyjęcia jednego pośladka? Według naszej wiedzy i opisu na stronie producenta opisany model posiada wyłącznie wycięcie.

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania trenażera do iniekcji domięśniowych posiadający wycięcie w jednym pośladku umożliwiające obserwację struktur wewnętrznych na zasadzie równoważności.

Pytanie nr 4:

Trenażer-iniekcje śródskórne

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności trenażer do nauki iniekcji śródskórnej, który stwarza możliwości bardzo realistycznych ćwiczeń i demonstracji iniekcji śródskórnych w postaci odlewu rzeczywistego przedramienia (na odcinku od nadgarstka do łokcia). Ramię zawiera osiem miejsc przeznaczonych do śródskórnych wstrzyknięć (4 na wewnętrznej stronie i 4 na zewnętrznej)? Umożliwi to złożenie się większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania trenażera w postaci odlewu rzeczywistego przedramienia (na odcinku od nadgarstka do łokcia). Ramię zawierające minimum osiem miejsc przeznaczonych do śródskórnych wstrzyknięć (4 na wewnętrznej stronie i 4 na zewnętrznej) na zasadzie równoważności.

Pytanie nr 5:

Trenażer- cewnikowanie pęcherza- wymienny

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności trenażer do nauki cewnikowania posiadający możliwość badania szyjki macicy (wziernikowanie, przeprowadzania lewatywy oraz pielęgnacji stomii (kolonostomia, ileostomia oraz stomia nadłonowa), lecz nie posiadający macicy oraz operacyjnej płyty brzusznej z wymiennymi stomiami symulującymi cystostomię i odprowadzanie boczne moczu? Umożliwi to złożenie się większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania trenażera do nauki cewnikowania posiadającego możliwość badania szyjki macicy (wziernikowanie, przeprowadzania lewatywy oraz pielęgnacji stomii (kolonostomia, ileostomia oraz stomia nadłonowa), bez wyposażenia go w macicę oraz operacyjną płytę brzuszną z wymiennymi stomiami symulującymi cystostomię i odprowadzanie boczne moczu na zasadzie równoważności

Pytanie nr 6:

Fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego

Czy Zamawiający dopuści do postępowania symulator noworodka do nauki dostępu naczyniowego spełniający wszystkie wymagania, lecz nie posiadający żyły podkolanowej? Według naszej wiedzy i opisu na stronie producenta opisany fantom nie posiada tej żyły.

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania symulatora noworodka do nauki dostępu naczyniowego bez żyły podkolanowej na zasadzie równoważności.

Pytanie nr 7:

Model pielęgnacji ran odleżynowych

Czy Zamawiający dopuści do postępowania model do pielęgnacji ran odleżynowych przedstawiający następujące zmiany chorobowe:

1. Odleżyny, stopień IV, strup, podskórna tkanka tłuszczowa, dobrze ograniczony i podminowany brzeg rany, kanały drążące, tkanka martwicza mokra, odstonięcie kości (z zapaleniem kości i szpiku)
2. Stopień II – odleżyna okolicy guza kulszowego
3. Odleżyna (niesklasyfikowana) z tkanką martwiczą morką i strupem
4. Stopień III z podskórną tkanką tłuszczową, tkanką martwiczą mokrą, ziarniną, podminowaniem brzegów rany i kanałami drążącymi
5. Stopień I – odleżyna okolicy guza kulszowego
6. Rozejście się rany na długość ok. 14 cm z podskórną tkanką tłuszczową i widocznymi miejscami po szwach powstałej w skutek zabiegu chirurgicznego
7. Podejrzenie DTI (uszkodzenie tkanek głębokich)
8. Podejrzenie rozerwania odbytu spowodowane rozejściem pośladków (np. podczas wciągania pacjenta na wózek) lub erozją wywołaną obecnością kału lub moczu w fałdzie skóry?

Opisany przez Zamawiającego model pielęgnacji ran nie jest już produkowany- wymienione przez nas stany chorobowe zostały umieszczone na modelu, którym producent zastąpił opisany model.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania model pielęgnacji ran odleżynowych zawierający funkcje zawarte w pytaniu na zasadzie równoważności.

CZĘŚĆ 3 – SPRZĘT MEDYCZNY

Inkubator otwarty – 1 szt.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści inkubator bez funkcji opisanej w pkt. 3, ale z alternatywnym rozwiązaniem, w którym promiennik odłącza się automatycznie w przypadku, gdy pracował przy 100% mocy przez ponad piętnaście minut i przez trzy minuty nie nastąpiła reakcja na alarm „Skontroluj pacjenta”?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie na zasadzie równoważności.

Pytanie nr 2

Defibrylator manualny z funkcją AED

Czy Zamawiający mając na uwadze fakt, że sprzęt będzie pracował w Centrum Symulacji Medycznej oczekuje aby defibrylator posiadał funkcję dającą informację zwrotną o jakości przeprowadzanej Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej, tj. pokazywał na ekranie głębokość, częstość w czasie



rzeczywistym? Jednocześnie istnieje możliwość ściągnięcia tych danych i przeprowadzenie analizy prowadzonej akcji z uzyskaniem takich informacji jak jakość prowadzonego RKO.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wprowadza żadnych dodatkowych wymagań. Zapisy zgodne z treścią opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Lampa zabiegowa

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową renomowanego amerykańskiego producenta tj. firmy WelchAllyn o współczynniku oddawania barw Ra na poziomie 70% ? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności

Pytanie nr 4

Defibrylator automatyczny - treningowy AED

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator automatyczny – treningowy AED firmy ZOLL posiadający oprogramowanie ze scenariuszami szkoleniowymi w liczbie 4, zgodnymi z ERC i AHA ? Defibrylator posiada również funkcję tworzenia własnych scenariuszy za pomocą pilota co umożliwia osiągnięcie 8 różnych scenariuszy jednak w pamięci na stałe wgrane są 4 scenariusze.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności

CZĘŚĆ 4 – MEBLE MEDYCZNE

Pytanie nr 1:

Łóżko na stanowisko do intensywnej terapii – 1szt

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości minimalnej całkowitej 2180mm z możliwością przedłużenia o 150mm? Standardowa długość leża wynosi 2000mm.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżko o długości minimalnej całkowitej 2180 mm z możliwością przedłużenia o 150mm?

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z lepszym rozwiązaniem w postaci centralnej blokady kół?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżko wyposażone w centralną blokadę kół.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem o grubości 10cm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżko wyposażone w materac o grubości 10 cm

Łóżko intensywnej opieki medycznej – dziecięce 1 szt.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach całkowitych: długość 2180mm, szerokość 990mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżko o wymiarach całkowitych: długość 2180mm, szerokość 990mm

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem o grubości 10cm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżko wyposażone w materac o grubości 10 cm

Wózek transportowy – 1szt

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem bez uchwytów do przenoszenia pacjenta?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek z materacem bez uchwytów do przenoszenia pacjenta.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem o szerokości 530mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek z leżem o szerokości 530mm

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 640-920mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek z regulacją wysokości w zakresie 640-920mm

Zestaw mebli medycznych (1) oraz Zestaw mebli medycznych (2)

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z miskami z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności

Taboret obrotowy na śrubie wykonany z aluminium – 3 szt.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści taboret obrotowy na śrubie wykonany ze stali malowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności

Zestaw do profilaktyki przeciwoleżynowej – 1 kpl

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści krążek przeciwoleżynowy piankowy o średnicy 25 cm, grubości 7 cm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności



Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów

Pytanie nr 12

Czy Zmawiający dopuści do zaoferowania zestaw do nauki przemieszczania pacjentów składający się z następujących elementów:

- Materac do przemieszczania pacjentów z pokrowcem wykonanym z tkaniny o bardzo niskim współczynniku tarcia. Wymiary 85x50 cm

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności

- Pas do przenoszenia o wymiarach: 60x20 cm

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności

- Nosze do przenoszenia z 6 uchwytami o wymiarach: 152 x 53 cm

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności

- Łatwoślizg (podkład ślizgowy) pod prześcieradło wykonany z ultra cienkiego materiału, zszytego w formie rękawa. Wymiary : 195 x 70 cm

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności

- Panel ślizgowy/deska do przemieszczania pacjenta w pozycji leżącej wyposażony w 8 uchwytów na obwodzie. Wykonany z polietylenu wymiary: dł. 120; szer. 60 cm ; gr. max. 5 mm

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności

- Krótka deska do przemieszczania pacjenta wyposażona w 2 uchwyty. Wymiary: dł. 60 cm ; szer. 25 cm; gr. 5mm

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności

- Panel ślizgowy/deska do przemieszczania pacjenta w pozycji leżącej wyposażony w 8 uchwytów na obwodzie. Wykonany z polietylenu wymiary: dł. 120; szer. 60 cm ; gr. 5 mm

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności

Pozostałe elementy zestawu tj. Siedzisko materiałowe oraz urządzenie rolkowe wymienione w opisie przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian i należy je również zaoferować w zestawie.

CZĘŚĆ 6 – SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE ORAZ AUDIO - VIDEO

Pytanie nr 1:

Chcielibyśmy sprecyzować Część 6 - Sprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz audio-video - czy w ramach dostarczenia systemu audiowizualnego rozumiemy jego dostarczenie i podłączenie na gotowych przyłączach (okablowanie już rozłożone w obiekcie), czy trzeba wkosztować rozłożenie okablowania?

Odpowiedź:

Okablowanie będzie rozłożone w obiekcie w ramach prac budowlanych.

Pytanie nr 2:

Czy możemy uzyskać informację na temat maksymalnych odległości pomiędzy kamerami a serwerownią, realizatorkami a serwerownią (najlepiej rzuty).

Odpowiedź:

Odległość pomiędzy najdalej umiejscowioną kamerą a serwerownią wynosi ok. 80 m

Pytanie nr 3:

Czy w serwerowni będzie przewidziane miejsce (szafa RACK) na podłączenie dostarczonego osprzętu?

Odpowiedź:

Szafa typu RACK jest przewidziana w pomieszczeniu kontrolingu (sterowni)

B) PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI WZORU UMOWY ZAWARTEJ W ZAŁĄCZNIKU NR 5 DO SIWZ:

Pytanie nr 1:

Wzór umowy, § 6 ust. 6 –

Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za reakcję serwisową diagnostykę/naprawę zdalną wykonaną poprzez połączenie się serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej. Nie uznaje natomiast za taką formę wyłącznie rozmowy telefonicznej.



Pytanie nr 2:

wzór umowy § 6, ust 6, pkt 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 72 godzin

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu reakcji.

Pytanie nr 1:

wzór umowy § 6, ust 6, pkt 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii do 14 dni roboczych.

wzór umowy § 6, ust 6, pkt 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej i dostarczenie na ten czas naprawy sprzętu zastępczego do 21 dni, prośbę swoją motywujemy tym, że są to produkty dostarczone z USA, w związku z tym terminy dostawy są wydłużone.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę:

„Czas skutecznej naprawy gwarancyjnej licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 30 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w tym odbiór i dostawa sprzętu do miejsca jego użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić sprzęt zastępczy o funkcjonalności równoważnej – niemniejszej niż zaoferowanego w sytuacji gdy naprawa będzie trwała dłużej niż 10 dni.”

PROREKTOR
ds. Dydaktyki i Studentów

H. Babiuch
dr Helena Babiuch

**PAŃSTWOWA
WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
im. Witelona w Legnicy**
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A
ID: 390624793

-27-