

Legnica, dnia 24 października 2018 r.

**Wszyscy Wykonawcy
Strona internetowa
Zamawiającego
Tablica ogłoszeń**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

***Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w celu doskonalenia kształcenia
praktycznego studentów kierunku fizjoterapia
w ramach realizacji projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na l. 2018-2022”***

Postępowanie nr: **DB.077/ZPU/6/2018**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej, „ustawą Pzp”, przekazuje wszystkim wykonawcom treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”).

Pytanie nr 1

Dotyczy części nr 1

Czy Zamawiający w pkt. 24 opisu - Rower magnetyczny, treningowy, cykloergometr „C310” dopuści model wyższy tego samego producenta z gwarancją do użytku komercyjnego, model LC Pionowy ponieważ wymieniony przez Zamawiającego model nie jest już dostępny w sprzedaży i został zastąpiony wskazanym modelem w zapytaniu

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiającemu wyraża zgodę.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pkt. 24 opisu - Tor do nauki chodu w wersji składanej – dopuści poręcze o wymiarach 3000x1000 mm z regulacją wysokości w zakresie 630-1150 mm z regulacją rozstawu poręczy 350-750 mm co jest porównywalnymi parametrami do oczekiwanych.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiającemu wyraża zgodę.

PROREKTOR
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
[Signature]
prof. dr hab. inż. Jerzy J. Piórkiewicz
.....