

Legnica, dnia 02 listopada 2018 r.

**Wszyscy Wykonawcy
Strona internetowa
Zamawiającego
Tablica ogłoszeń**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

***Doposażenie laboratorium materiałoznawstwa PWSZ im. Witelona w Legnicy
w ramach realizacji
zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym
w publicznych uczelniach zawodowych”.***

Postępowanie nr: DA.262-13/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej, „ustawą Pzp”, przekazuje wszystkim wykonawcom treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”).

Pytanie nr 1

proszę jednak o uszczegółowienie. Każdy producent inaczej koryguje drogę świetlną między okulem, a obiektywem.

Obiektywy i okulary nie są w pełni zamienne, między producentami.

Jaka jest marka i model mikroskopu, do którego wystąpiło zapotrzebowanie: pozycje z załącznika 6a:

9. Obiektyw planachromatyczny 50x (20/0,65)

13. Okular mikroskopowy

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Mikroskop jak posiada Zamawiający nie posiada nazwy firmy, ani żadnego typu (modelu). Jedyne dane jakie posiada to: okular WF 10x, oraz obiektywy PL Y/0,25; 106/0, gdzie Y to powiększenie obiektywu